



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán certifikující produkty
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

číslo: **B-32-00893-17**

výrobce: Volter s.r.o.
Žitná 570/26, 120 00 Praha 2, Česká republika
identifikační číslo: 29051886

výrobky: Zdravotní vozíky xRover

typové označení: xRover REHA L, xRover REHA M, xRover REHA S
varianty: viz 2. strana

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorku předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností s požadavky

ČSN EN 12182:2012.


Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu č. 32-0329 ze dne 2017-09-15, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno, 2017-09-18




Ing. Aleš Onderek
zástupce ředitele



Specifikace typů a variant:

Zdravotní vozík **xRover REHA L** je určen pro maximální zatížení 140 kg, kde hmotnost přepravované osoby je maximálně 120 kg a maximální výška osoby, pro kterou je vozík určen, je 185 cm.

Zdravotní vozík **xRover REHA M** je určen pro maximální zatížení 90 kg, kde hmotnost přepravované osoby je maximálně 80 kg a maximální výška osoby, pro kterou je vozík určen, je 150 cm.

Zdravotní vozík **xRover REHA S** je určen pro maximální zatížení 70 kg, kde hmotnost přepravované osoby je maximálně 44 kg a maximální výška osoby, pro kterou je vozík určen, je 120 cm.

Ostatní technické parametry a popis jsou uvedeny v průvodní technické dokumentaci.

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán jenom za předpokladu, že platí normativní dokument, uvedený na 1. straně.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.

